Схема расстановки датчиков температуры и влажности в помещении № 501 «Склад хранения готовой продукции, сырья и материалов»

Высота над уровнем пола 2 850 мм



Высота над уровнем пола 1 500 мм



ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

Высота над уровнем пола 200 мм



Обозначение	Описание
2	**Датчик 501_2** рутинной системы мониторинга климатических параметров
1	**Датчик 501_1** рутинной системы мониторинга климатических параметров
	Датчик 501_3 рутинной системы мониторинга климатических параметров
	Датчики Testo 174H
	Датчики Testo 174T

з

Комментарии

Выполнил:

Ведущий специалист по валидации _____ Данильцев И.А. «___» ____20__ г.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

Проверил:
Начальник ООК _____ Решетова С.А. «___» ____20__ г.